



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 毛秋芳	
	职称: 工程师	
	工作单位: 绍兴市中心医院	
项目信息	项目名称: 动力系统手柄及配件	
	供应商名称: 泰富好康医疗器械(上海)有限公司	
专业人员论证意见	该院已有动力系统,需增配一个手柄.因手柄是该动力系统的一个配件,为保证原有系统与手柄及配件的一致性、完整性及具有更高的匹配性,只能从唯一供应商处采购,故建议采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	毛秋芳	日期 2024年9月6日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>尹明</u>	
	职称: <u>主管技师</u>	
	工作单位: <u>绍兴第三医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>动力系统手柄及配件</u>	
	供应商名称: <u>泰富好康医疗器械(上海)有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p>动力系统手柄及配件为美敦力动力系统的高值耗材,因手柄及设备需配套使用,不同品牌的手柄和设备不能兼容,故只能由原厂或原厂指定代理商提供,建议申请单一来源采购。</p>	
专业人员签字	<u>尹明</u>	日期 <u>2024</u> 年 <u>9</u> 月 <u>6</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>卓洋</u>	
	职称: <u>工程师</u>	
	工作单位: <u>连云港二医院</u>	
项目信息	项目名称: 动力系统手柄及配件	
	供应商名称: 泰富好康医疗器械(上海)有限公司	
专业人员论证意见	<p>动力手柄及配件是动力系统的组成部分,需配套已有美敦力动力系统,且手柄马达正反转7500rpm,其它品牌无法达到,也不能兼容该动力系统,故建议申请单一来源采购。</p>	
专业人员签字	<u>卓洋</u>	日期 <u>2024年9月6日</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。